Fluoreto| Fluoreto

Solução anticoagulante inibidora da glicólise.
Solución anticoagulante inhibidora de la glucólisis

Ref: 329
ANVISA 80022230041.

FINALIDADE
Solução anticoagulante inibidora da glicólise.
Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

ESTABILIDADE
Conservar entre 15 a 25 ºC.
Não congelar ou expor o produto a temperaturas elevadas.
Estabilidade em uso: Os reagentes são fornecidos prontos para uso, portanto são estáveis até a data de validade impressa no rótulo.
Condições de armazenamento após abertura: conservar entre 15 a 25 ºC.
Condições de armazenamento e estabilidade das soluções de trabalho: o produto deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Nessas condições, ele é estável até a data de validade impressa no rótulo.
A GOLD ANALISA garante a qualidade do produto, se este for conservado nas condições estabelecidas e na sua embalagem original.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Usualmente utilizado como preservativo para a glicose sanguínea.
O fluoreto possui ação preservativa da glicose sanguínea por inibir a enzima envolvida na glicólise.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO, ACESSÓRIOS E LIMITAÇÕES DE USO
EDTA 6,2 g/dL; KF 12,4 g/dL e verde luz 5 mg/dL.

Material necessário e não fornecido:
Não se aplica.

COLETA, MANUSEIO, PREPARO E PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS
Sangue Total.

TRATAMENTO OU MANUSEIO ANTES DE ESTAREM PRONTOS PARA USO
Para este produto não é necessário nenhum tipo de instalação, reconstituição, calibração, etc.

CONTROLE DA QUALIDADE
O laboratório clínico deve manter um Programa de Garantia da Qualidade para assegurar que todos os procedimentos laboratoriais sejam realizados de acordo com as Boas Práticas de Laboratórios Clínicos.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Usar 1 gota para 3,0 mL de sangue total.

INTERFERENTES OU LIMITAÇÕES DO TESTE
.A proporção a ser utilizada é de 1 gota para 3,0 mL de sangue.
O fluoreto é um potente inibidor. Em altas concentrações afeta a urease, invalidando o seu emprego na dosagem da uréia.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Não se aplica.

RISCOS RESIDUAIS IDENTIFICADOS
A gestão de riscos do produto é conduzida de maneira preventiva conforme estabelecido pela ISO 14971, garantindo que as ações implementadas sejam suficientemente eficazes para mitigar os riscos residuais. Todos os riscos identificados são tratados, eliminados e/ou controlados de forma rigorosa.

INTERVALO DE REFERÊNCIA
Não se aplica.

DESCARTE DO PRODUTO, ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
- O reagente contém azida de sódio que pode reagir com cobre e chumbo dos encanamentos formando sais explosivos.
- Descartar os reagentes e as amostras de acordo com as resoluções normativas locais, estaduais e federais de preservação do meio ambiente.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº do lote e data de validade: Vide Rótulos do Produto
Fabricante legal: Gold Analisa Diagnóstica Ltda - CNPJ: 03.142.794/0001-16
AFE Nº 800222-3
Endereço: Rua Carmelita Toledo, 240 - Eymard - CEP: 31.910-570 - Belo Horizonte - MG.
Regularizado por: Gold Analisa Diagnóstica Ltda - CNPJ: 03.142.794/0001-16
AFE Nº 800222-3
Farm. Resp. Isabela Fernandes dos Santos - CRF-MG 16773
Home page: www.goldanalisa.com.br
E-mail: assessoria@goldanalisa.com.br
Setor de Apoio ao Cliente (SAC): 0800 703 1888

Caso tenha interesse em obter, sem custo adicional, esta instrução de uso em formato impresso, basta realizar a solicitação através do e-mail assessoria@goldanalisa.com.br ou pelo telefone/whatsapp (31) 9577-2511.

Observe a correlação da versão da instrução de uso indicada no rótulo do produto adquirido.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Revisão: 05/2025

META
Solución anticoagulante inhibidora de la glucólisis.
Sólo para uso diagnóstico in vitro.

ESTABILIDAD
Conservar entre 15 y 25 ºC.
No congelar ni exponer el producto a altas temperaturas.
Estabilidad en uso: Los reactivos se suministran listos para usar, por lo que son estables hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.
Condiciones de conservación una vez abierto: conservar entre 15 y 25 ºC.
Condiciones de almacenamiento y estabilidad de las soluciones de trabajo: el producto debe conservarse en el frasco original, bien cerrado, a temperatura ambiente y protegido de la luz. En estas condiciones, es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.
GOLD ANALISA garantiza la calidad del producto, si se conserva en las condiciones establecidas y en su embalaje original.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Generalmente se utiliza como conservante de la glucosa en sangre.
El fluoruro tiene una acción conservante sobre la glucosa en sangre al inhibir la enzima implicada en la glucólisis.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, ACCESORIOS Y LIMITACIONES DE USO
EDTA 6,2 g/dL; KF 12,4 g/dL y verde claro 5 mg/dL.

Material requerido no proporcionado:
No se aplica.

RECOGIDA, MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS
Sangre pura.

TRATAMIENTO O MANIPULACIÓN ANTES DE QUE ESTÉN LISTOS PARA SU USO
No se requiere ningún tipo de instalación, reconstitución, calibración, etc. para este producto.

CONTROL DE CALIDAD
El laboratorio clínico debe mantener un Programa de Garantía de Calidad para garantizar que todos los procedimientos de laboratorio se realicen de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Utilice 1 gota por cada 3,0 ml de sangre total.

INTERFERENCIAS O LIMITACIONES DE LA PRUEBA
La proporción a utilizar es 1 gota por 3,0 mL de sangre.
El fluoruro es un potente inhibidor. En altas concentraciones afecta a la ureasa, invalidando su uso en la dosificación de urea.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN
No se aplica.

RIESGOS RESIDUALES IDENTIFICADOS
La gestión de riesgos del producto se realiza de forma preventiva según lo establecido en la norma ISO 14971, asegurando que las acciones implementadas sean lo suficientemente efectivas para mitigar los riesgos residuales. Todos los riesgos identificados son tratados, eliminados y/o controlados rigurosamente.

INTERVALO DE REFERENCIA
No se aplica.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
- El reactivo contiene azida de sodio que puede reaccionar con el cobre y el plomo en las tuberías para formar sales explosivas.
- Disponer de reactivos y muestras de acuerdo con las resoluciones regulatorias locales, estatales y federales para la preservación del medio ambiente.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Número de lote y fecha de vencimiento: consulte las etiquetas del producto
Fabricante legal: Gold Analisa Diagnóstica Ltda - CNPJ:03.142.794/0001-16
AFE Nº 800222-3.
Dirección: Rua Carmelita Toledo, 240 - Eymard - CEP: 31.910-570 - Belo Horizonte - MG.
Regulado por: Gold Analisa Diagnóstica Ltda - CNPJ: 03.142.794/0001-16
AFE N° 800222-3
Farm. Responsable: Isabela Fernandes dos Santos - CRF-MG 16773
Página de inicio: www.goldanalisa.com.br
Correo electrónico: asesoria@goldanalisa.com.br
Sector Atención al Cliente (SAC): 0800 703 1888

Si está interesado en obtener, sin costo adicional, este instructivo de uso en formato impreso, basta con realizar la solicitud por correo electrónico asesoria@goldanalisa.com.br o por teléfono/Whatsapp (31) 9577-2511.

Observe la correlación de la versión de las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta del producto adquirido.

Analisa es una marca registrada de Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Revisão: 05/2025